妇产科婴儿辐射保暖台

公共参数

- 1、 温控精度：≤±0.5℃
- 2、 床面温度均匀性：≤2℃
- 3、 肤温传感器脱落报警：具有肤温传感器脱落报警提示功能
- 4、 显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时 LED 分屏显示
- 5、 工作模式：预热、手控、肤温三种温度控制模式
- 6、 温控范围：25℃~38℃
- 7、 温度测量范围：5℃～70℃
- 8、 温度传感器精度：±0.1℃内
- 9、 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等
- 10、 婴儿床倾斜：-12° -+12° 无级可调
- 11、 X 线拍片：婴儿床下置 X 光拍片板，可直接进行 X 光拍片，无需旋转辐射源，中断对婴儿的辐射热
- 12、 APGAR 计时器：具有 APGAR 计时器功能，并提供声音提示
- 13、 自检功能：具有自检功能，多种故障报警提示
- 14、 温度校正：前面板具有温度校正功能
- 15、 超温保护：具备双 CPU 控制系统、独立热切断装置等多重超温保护

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

妇产科超声多普勒胎儿监护仪

公共参数

- 1、 超声频率：1MHz
- 2、 超声传感器信号质量指示：具有
- 3、 内置打印机规格：内置式 152mm 宽行打印
- 4、 胎儿活动曲线记录：连续准确记录
- 5、 胎心宫缩曲线记录：连续准确记录
- 6、 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）
- 7、 屏幕尺寸：≥6.5 英寸
- 8、 屏幕类型：电容式触摸屏
- 9、 屏幕翻转角度：0～180 度可调节
- 10、 超声波束声强：Iob<10mW/cm2
- 11、 胎心率测量范围：30～240BPM
- 12、 胎心率测量精度：±1BPM
- 13、 宫缩压力范围：0～100%
- 14、 胎动检测方式：手动/自动胎动检测
- 15、 多胎监测：支持多胎监测
- 16、 探头防护等级：IP68
- 17、 CTG 评分报告功能：内置多种评分方法，包括 KREBS 评分、FISCHER 评分、NST 评分、OCT、Sogc、CST、Krebs 等
- 18、 数据存储：≥3000 小时
- 19、 电池工作时间：≥2 小时
- 20、 中文输入方式：支持中文输入
- 21、 通讯接口：内置通讯接口，支持与中央站组成网络系统，支持 WiFi
- 22、 报警界限可调：胎心率报警范围可调
- 23、 自动报警：胎心率过缓或过速时自动报警

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要技术参数

序号	技 术 指 标	技 术 参 数
1	仪器类型	全自动血小板功能分析仪
2	样本类型	可直接使用抗凝全血上机检测，无需样本前处理。
3	加样系统	穿刺加样针，原始管上机，具有独立的试剂和样本液面感应功能。
4	样本混匀	可以对样本管自动摇匀，防止血液中细胞成分在静置时分层，导致分布不均
5	样本用量	≤1mL全血/测试
6	进样方式	实现全自动加样，自动识别样本，无需拔帽，自动混匀
7	条码扫描系统	可识别通用格式条码，样本、试剂、全部实现条码自动管理与识别，支持手工扫描并且可以验证试剂有效期。
8	试剂原瓶上机	无需人工分装，避免交叉污染，降低人工干预
9	试剂舱	具备试剂冷藏功能
10	测定速度	测试速度≥10测试/小时。
11	样本位容量	轨道式上样，可随时连续加载。
12	急诊位	满足急诊需求
13	测试通道	》2个测试通道
14	质量控制	具备校准和质控体系，以确保检测结果一致
15	样本质量评估	至少可通过血小板数量对样本质量进行判断，有效排除样本质量原因导致的检测结果误差。
16	试剂用量	可根据不同诱导剂用量进行设置。
17	检测结果重复性	CV≤8%
18	连接LIS	可以连接LIS系统，可以连接打印机

康复科设备相关参数及功能

设备	相关参数	功能及作用
红外线（神灯--特定电磁波治疗器 TDP）	电源与功率：大多数型号使用 AC 220V/50Hz,单头功率通常在 230V/300VA 之间。部分出口型号兼容 110V。	消炎与促进愈合、镇痛、缓解痉挛。
角度尺（一套）	包括肢体角度尺（大、中、小）用于髋、膝、肘等大关节（折叠后尺寸通常在大号 31.5cm、中号约 21cm、小号约 17.2cm）；脊柱角度尺（折叠后长约 19.2cm）；手指角度尺（折叠后约 10.5cm）。	量化关节活动度（ROM）：评估与对比：辅助诊断与记录。
步行训练阶梯	整体尺寸：因单/双/三向设计而异，常见范围约 3100×780×1300 mm 至 3300×1480×1500 mm。 扶手与台阶：扶手高度可调（如 7 孔调节、间距 50mm），高度范围约 1300~1600 mm；台阶高度常见 100 mm 或 150 mm，踏面深度通常 ≥290~300 mm。	步行与步态训练、肌力与耐力训练、平衡与协调改善等。
多功能平行杆	不同型号略有差异 外形尺寸：长度约 3350～3370 mm，宽度通常随调节变化。 扶手高度：可调范围约 780～1230 mm，适应不同身高。 扶手间距（宽度）：可调范围约 310～650 mm，依据患者体型与支撑需求调节。 杠杆直径与承重：扶手杆直径常见 38 mm。	减负与稳定、步态训练与矫正等。
踝关节矫正板	常见尺寸：板体约 37×31 cm（独立板）；多为分档式。常见 5 档，如 15°、25°、30°、35°、40°；部分型号为 4 档（约 40°）或 8°/20°/30°/40°。	矫正足部畸形、站立功能训练。
抽屉式阶梯	外形(长、宽、高）尺寸常见的规格集中在 60*33*40cm 至 60*34*42cm 范围内。 阶梯差：通常 10cm 左右 深度与宽度：单个抽屉的深度≥30.5cm，宽度则有 61.5cm、66.5cm、 71.5cm 等不同规格。（常也称多用组合箱）。	阶梯步行与步态训练、综合基本动作训练、下肢肌力与关节活动度训练、平衡与本体感觉重建。
PT 凳	不同型号略有差异，常见规格如下： 凳面尺寸：直径/边长约 60 cm（常见范围 44～62 cm），方形款约 58×58.5 cm。 高度调节：常见范围 42～56 cm，部分型号为 44～55 cm 或 43～56 cm，通过液压油缸调节。	治疗师的手法操作坐具、灵活移动，跟随操作、患者训练的辅助支撑、人体工程学减负。

骨髓穿刺设备参数

一、电动骨钻技术参数

1、可配合 3 种规格的一次性使用穿刺针，穿刺针与电钻通过磁吸力连接。

2、产品采用按钮操作，外观为封闭式结构，无裂纹；尺寸：113*118*38mm；在运转工作时，指示灯亮；不工作时指示 灯常闭。

3、电量满电时，额定转速 1050r/min;输出扭矩 0.8N • m;连接穿刺针时输出力矩 0.4N •m;径向圆跳动 0.1mm,轴向移动 0.5mm;穿刺针与穿刺针连接的夹持力 1N。

4、松开控制按钮,刹车时间 1.5s;空载噪声≤75dB(A 计权);空载运行 5min,表面温度 50℃。

5、控制按钮保护装置可拆卸；产品在充电状态时，无法运行；充电完成后，自动停止充电；使用时穿刺针遇到较大的阻力时，产品停止运行。

6、充电口配置保护盖，以防灰尘及污染物渗入

二、一次性使用骨髓穿刺针参数

1. 规格型号： 45mm×15G 穿刺针；25mm×15G 穿刺针；15mm×15G 穿刺针；
2. 适用范围：供临床配合电动骨钻使用，用于对胫骨或肱骨建立通道。
3. 灭菌：环氧乙烷灭菌，产品无菌。
4. 穿刺力：≤8N。
5. 刚性：跨距 25mm±0.1mm，载荷 25N±0.1N，挠度值≤0.35mm。
6. 韧性：跨距 50mm，在同一个平面上作 25° 双向反复弯曲 20 次不得折断。
7. 磁吸力：管芯针座内带有辅助钕磁片，用铁棒或不锈钢棒接触钕磁片应当有辅助吸力。
8. 导管、管心针与针座连接应牢固、正直，两者不得松动或分离。

便携式气囊止血带参数

1、适用于救护车、急诊科急救专用

2、快速插拔接口，不漏气

3、整机防水级别高，带防水按键

4、止血袖带规格齐全，可快速区分（备 1.5 米连接管）